



град Пловдив, бул. "България" №234,

ДО

.....,с адрес за
кореспонденция:.....

.....,
закупил документация за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка,открита с решение № 298/10.11.2011 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ал.1 от ЗОП,в отговор на постъпило искане за
разяснение от кандидат закупил документи за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:- ДОСТАВКА И МОНТАЖ
НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ"
- АД,гр. ПЛОВДИВ открита с решение № 298/10.11.2011 г.на поставени
въпроси:

- 1.В приложение 1а точка II Медико –технологични проекти за разполагане
на апаратурата в т.4 се изисква да се посочи единична цена и обща
стойност за изготвяне на проект,касаещ Вентилация и климатизация.В
същото време в точка III –Ремонтни дейности за подготовка на
площадката няма отделно изброени дейности и материали,касаещи
изпълнението на Вентилация и Климатизация.Да считаме ли тези
дейности за задължение на Изпълнителя,и ако да може ли да бъде
дописвана таблица III с необходимите материали и дейности?
2. Счита ли се ,че несъответствие с минималните технически изисквания ,
посочени в приложение 1а т.1 води до отстраняване на офертата на
участника поради неотговаряне на заданието на Възложителя?

ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПОЯСНЕНИЯ:

- 1.Помещенията и площадката на Възложителя за разполагане на
оборудване за стерилизация,понастоящем не претежават инсталации за
вентилация и климатизация.Дейности по изпълнение на инсталации за
климатизация и вентилация,както и материалите за тях са задължение на
Изпълнителя,съобразно медико-технологичният проект ,който ще предложи
участника в процедурата на база сегашното състояние на помещенията и

площадката за разполагане на апаратурата и конкретните функционално-работни характеристики на предлаганото от същият цялостно оборудване за стерилизация. При наличие в проекта на предвиждания за изграждане на такива инсталации, то следва дейностите и материалите за тях, както и предлаганите от участника единични цени да бъдат дописани в таблица **III:-Ремонтни дейности за подготовка на площадката в отделението за централно снабдяване със стерилизационни материали и монтажа на новото оборудване.**

2. Само несъответствия при които, предлаганата от участник апаратура претежава функционални характеристики и технически показатели под минималните технически изисквания, посочени в приложение №1а, са основание за отстраняване на този участник и неотваряне на цената му оферта.

На основание чл.29 ал.2 от ЗОП НАСТОЯЩОТО РАЗЯСНЕНИЕ СЕ ИЗПРАЩА ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СА ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ и ще се приложи към документацията, която ще се продава на кандидати желаещи в определеният за това срок да закупят такава, както и ще се качи на САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, В РАЗДЕЛА НА ОБЯВЕНАТА В НЕГО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д-р АРГИР АРГИРОВ/

