

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-р Аргир Аргиров

Изпълнителен директор на УМБАЛ – Пловдив АД

Дата на утвърждаване: 09. 11. 2019 г.



До

Д-р Аргир Аргиров

Изпълнителен директор на УМБАЛ –
Пловдив АД

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ Д-Р АРГИРОВ,

С настоящия доклад Ви представяме отчет за извършената работа от Комисия назначена с Ваша Заповед №ОА-230/07.10.2019 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”,** открита с Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г., публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00877-2019-0003.

В изпълнение на Заповед №ОА-230/07.10.2019 г. комисията в състав: Председател: Петя Гавазова - експерт обществени поръчки в УМБАЛ – Пловдив АД, Членове: доц. Иван Мануков – лекар, началник Първо отделение по кардиология в УМБАЛ – Пловдив АД; адв. Емилия Петрова – правен съветник в УМБАЛ – Пловдив АД; Доротея Георгиева – счетоводител във финансово-счетоводен отдел в УМБАЛ – Пловдив АД и инж. Атанас Атанасов – външен експерт в УМБАЛ – Пловдив АД, спазвайки разпоредбите на ЗОП и ППЗОП проведеха своите заседания, отразени в протокола от нейната работа.

Действията на комисията протекоха по следния начин:

На своето първо заседание, провело се на 07.10.2019 г., Комисията пристъпи към запознаване на списъка на участниците и попълване на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на „С и Т България” ЕООД – Людмила Стоименова, за което представи пълномощно, след което започна своята работа.

В определения в срок за подаване на оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - до 16:00 часа на 04.10.2019 г. са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

1. „Соломед“ ЕООД – вх. №ОП-110/03.10.2019 г. в 11:11 ч.;

2. „С и Т България” ЕООД – вх. №ОП-113/04.10.2019 г. в 13:42 ч.

На това свое публично заседание комисията извърши следните действия: пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на „Соломед“ ЕООД с вх. №ОП-110/03.10.2019 г., оповести нейното съдържание, след това тримата членове на комисията и упълномощеният представител на „С и Т България” ЕООД – Людмила Стоименова подписаха плика с предлаганите ценови параметри и всички документи съдържащи се в техническото предложение. Комисията отвори и втората оферта от „С и Т България” ЕООД с вх. №ОП-113/04.10.2019 г. Тримата членове на комисията подписаха плика с предлаганите ценови параметри и всички документи съдържащи се в техническото предложение на „С и Т България” ЕООД с оферта с вх. №ОП-113/04.10.2019 г.

С тези действия, комисията закри своето публично заседание и пристъпи към разглеждане на представите от участника документи. Комисията установи, че в представените от участниците ЕЕДОП-и е декларирано съответствие с поставените критерии за подбор и липса на основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участниците и констатира следното: „Соломед“ ЕООД са представили Техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя, в него са декларирани изискваните обстоятелства. Предложената от участника медицинска апаратура в техническото предложение, отговаря на заложените минимални изисквания в Техническата спецификация на Възложителя. Участникът е приложил каталози на предлаганото медицинско оборудване от производителя, от които са видни параметрите ѝ. След тези констатации, комисията пристъпи към разглеждане на показателите от техническото предложение, които подлежат на оценка, съгласно обявеното от Възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка. Дружеството е декларирало и представило каталози и документи за: наличие на софтуер за подобряване видимостта на разгънат стент в реално време по време на интервенции по показател T1; три броя фокуси на рентгеновата тръба и по показател T2; по показател T3 - брой входни полета на детекторната система участникът е декларирал наличие на 6 броя входни полета; медицинската апаратура предложена от „Соломед“ ЕООД е с наличие на предварителна филтрация с 5 нива; ток при пулсова флуроскопия на предлаганата Ангиографска система – 250 mA; участникът е декларирал и представил необходимите документи за наличие на софтуер за визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията в изследваните органи с количествено измерване на паренхимния кръвен обем (PBV); по показател T7 брой честоти на пулсова флуроскопия с редуциране на дозата по време на интервенция за предлаганата медицинска апаратура са декларирани и представени каталози за 9 броя честоти; участникът е предложил апаратура с наличие на детектор с подвижна решетка и активно охлаждане; представени са каталози касаещи показател за оценка T9, а именно наличие на система за намаляване на дозата за оператора и пациента и предложената медицинска апаратура има стойност на квантова ефективност DQE – 77%.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „С и Т България“ ЕООД. Преди да пристъпи към разглеждане на медицинската апаратура и отговаря ли тя на минималните изисквания на Възложителя, комисията установи, че участникът е предложил срок за доставка на медицинската апаратура – 90 (деветдесет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта на договора. Предложеният срок за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с медицинската апаратура е 1 (един) календарен ден след доставката ѝ. Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация неразделна част от документация за настоящата обществена поръчка максималния срок за доставка на медицинската апаратура предмет на възлагане е 60 календарни дни, след получаване на възлагателно писмо. Минималният срок за обучение след доставка на медицинската апаратура е 5 (пет) работни дни. С оглед гореописаното, комисията установи, че офертата на участника за изпълнение на обществената поръчка не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация.

Комисията единодушно предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ „С и Т България“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-113 от 04.10.2019 г., с мотива че предложените от участника сроковете за доставка на медицинската апаратура и обучение на специалисти посочени от Възложителя не съответстват на предварително обявените условия от Възложителя в Техническата спецификация към обществената поръчка.

Спазвайки разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията оцени техническото предложение на „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г., преди да пристъпи към отваряне на ценовото му предложение. Оценката се извърши в съответствие и спазвайки условията на Възложителя, а именно: ОТ – оценка на техническото предложение е с максимална обща стойност – 50 точки, получено по следната формула $OT = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10$, където показатели от T1 до T10 са съгласно посочените параметри от Възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка.

След прилагане на горепосочената формула Техническото предложение на „Соломед“ ЕООД се оцени с 50 точки, както следва: по показател T1 участникът получава 5 точки; по показател T2 участникът получава 5 точки; по показател T3 участникът получава 5 точки; по

показател Т4 участникът получава 5 точки; по показател Т5 участникът получава 5 точки; по показател Т6 участникът получава 5 точки; по показател Т7 участникът получава 5 точки; по показател Т8 участникът получава 5 точки; по показател Т9 участникът получава 5 точки и по показател Т10 участникът получава 5 точки.

Във връзка с обстоятелството, че срещу Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г. за откриване на настоящата обществена имаше образувано производство по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията реши да продължи своите действия по процедурата след като Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение и то влезе в сила. С това приключи заседанието на комисията на 07.10.2019 г. в 13:30 часа. Комисията взе решение Председателят на комисията да уведоми членовете за датата на следващото заседание.

На 25.10.2019 г. в 10:00 часа, комисията се събра в редовен състав. Председателят на комисията запозна членовете ѝ с Решение №1054 от 03.10.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което се оставя без уважение жалба подадена от "Софарма трейдинг" АД срещу Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г. за откриване на настоящата обществена поръчка. Страните по производството са уведомени на 07.10.2019 г. Към дата 25.10.2019 г. няма постъпили жалби срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията с оглед на което същото е влязло в сила. При така настъпилите обстоятелства, комисията реши да пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник, което да се извърши на 30.10.2019 г. от 10:30 часа в градата на УМБАЛ – Пловдив АД, гр. Пловдив, бул. България №234, ет. 15, стая 26. Председателят на комисията изготви и публикува в преписката към настоящата обществена поръчка, съобщение за отваряне и оповестяване на ценовото предложение, съобразно взетото от комисията решение и в срока по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На своето следващо заседание провело се на 30.10.2019 г. в 10:30 часа в сградата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ №234, етажа 15, стая 26, Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД“** се събра със задача да отвори и оповести ценовото предложение на участника допуснат до този етап на процедурата за възлагане на обществената поръчка, след което да пристъпи към оценка и класиране.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила настоящето заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения е съобщено чрез публикация към преписката за настоящата обществена поръчка, с което е спазен срокът по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На днешното заседание на комисията присъстваха - упълномощеният представител на „С и Т България“ ЕООД – Людмила Стоименова и управителя на „Соломед“ ЕООД – Георги Панов.

На основание и в изпълнение нормите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатия участник, председателят на комисията прочете на глас резултатите от оценяването на Техническото предложение.

Преди отварянето на плика "Предлагани ценови параметри" комисията констатира неговата цялост и наличието на подписите върху него. Комисията отвори и оповести ценовото предложение, на „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

Председателят на комисията отвори запечатания плик с предлаганите ценови параметри на участника и обяви офериранията от „Соломед“ ЕООД обща цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка в размер на 1 250 800 лева без ДДС (с думи: един милион двеста и петдесет хиляди и осемстотин лева), а с включен ДДС 1 500 960 лв. (с думи: един милион петстотин хиляди деветстотин и шестдесет лева).

След извършване на тези действия, комисията закри своето публично заседание и разгледа ценовите параметри на допуснатия до този етап на процедурата участник, с оглед отговарят ли на

изискванията на Възложителя, изготвени ли са съобразно образца, приложен към одобрената документация.

Ценовото предложение от „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г. е изготвено съгласно приложения в документацията образец. Участникът е декларирал всички изискани от Възложителя обстоятелства. Медицинската апаратура посочена в ценовото предложение, съответства на предложената такава в техническото предложение на участника. Оферираната от участника цена е с аритметична вярност. Предвид описаните обстоятелства, комисията допуска до оценка „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

В случая проверка за обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП е неприложима, с оглед оценката само на едно ценово предложение.

След извършване на тези си действия, комисията пристъпи към оценка на Ценовото предложение на участника в настоящата обществена поръчка. По показател ОЦ - оценка на ценовото предложение на участника, с максимален брой 50 точки, които се определят по следната формула:

$$ОЦ = \frac{\text{Предложената от участник най-ниска цена за изпълнение предмета на обществената поръчка}}{\text{Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник}} \times 50$$

„Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г. с оферирана обща цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка в размер на 1 250 800 лева без ДДС (с думи: един милион двеста и петдесет хиляди и осемстотин лева), а с включен ДДС 1 500 960 лв. (с думи: един милион петстотин хиляди деветстотин и шестдесет лева), получава 50 точки.

На основание и в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя в документацията за обществената поръчка, че за изпълнител ще бъде определен участникът събрал най-много точки при оценка на офертата, включваща показателите, със съответните тежести в комплексната оценка съгласно обявената от Възложителя методика за оценка, комисията извърши следното класиране:

1-во място: „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г., получило комплексна оценка 100 (сто) точки.

Комисията единодушно предлага на Възложителя:

На основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1от ЗОП, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”, открита с Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г., публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00877-2019-0003, да бъде определен участникът, класиран на първо място, а именно: „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г., получило комплексна оценка 100 точки, след прилагане на одобрената от възложителя методика за оценка.

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се предава на Възложителя на 31.10.2019 г. заедно с цялата документация и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, за утвърждаване.

Приложения:

1. Протоколи от работата на Комисията.

Председател:

Петя Гавазова

Членове:

доц. Иван Мануков

адв. Емилия Петрова

Доротея Георгиева

инж. Атанас Атанасов

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

Днес, 07.10.2019 г., в 10:00 ч., в сградата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ №234, етажа 15, стая 26 на основание и в изпълнение на Заповед №ОА-230/07.10.2019 г. на Изпълнителният директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД – д-р Аргир Аргиров се събра Комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД“**, открита с Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г., публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00877-2019-0003.

Комисията се събра в редовен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Гавазова - експерт обществени поръчки в УМБАЛ – Пловдив АД,

ЧЛЕНОВЕ:

1. доц. Иван Мануков – лекар, началник Първо отделение по кардиология в УМБАЛ – Пловдив АД;
2. адв. Емилия Петрова – правен съветник в УМБАЛ – Пловдив АД;
3. Доротея Георгиева – счетоводител във финансово-счетоводен отдел в УМБАЛ – Пловдив АД;
4. инж. Атанас Атанасов – външен експерт в УМБАЛ – Пловдив АД.

Председателят на комисията получи постъпилите оферти, за което се състави протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията констатира, че в срока за получаване на оферти, до 16:00 часа на 04.10.2019 г. са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

1. „Соломед“ ЕООД – вх. №ОП-110/03.10.2019 г. в 11:11 ч.;
2. „С и Т България“ ЕООД – вх. №ОП-113/04.10.2019 г. в 13:42 ч.

След започване на публичното заседание в присъствието на упълномощен представител на „С и Т България“ ЕООД – Людмила Стоименова, за което представи пълномощно, след запознаване със списъка с подадените оферти всеки от членовете на Комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което започна своята работа.

Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им:

1. „Соломед“ ЕООД с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към нейното отваряне и оповести съдържанието ѝ: опис на представените документи, електронен носител с надпис ЕЕДОП на участника Соломед и на подизпълнителя Сименс Хелткеър; декларация за съгласие за участие на подизпълнител; декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; техническо предложение за изпълнение на поръчката; таблица технически параметри подлежащи на оценка; декларация от производителя, потвърждаваща характеристики и параметри на предложената апаратура; каталози на производите в официален превод на български езици в оригинал на английски език; официален превод на сертификат ISO 13485:2016 издаден на Сименс Хелткеър ГмбХ и заверено от участника копие на същият

сертификат на английски език; официален превод на ЕС Сертификат издаден на Сименс Хелткеър ГмбХ и заверено от участника копие на същият сертификат на английски език; официален превод на ЕС Декларация за съответствие издадена на Сименс Хелткеър ГмбХ и заверено от участника копие на същата декларация на английски език; Оторизационно писмо издадено на "Соломед" ЕООД от Сименс Хелткеър ГмбХ и оторизационно писмо в оригинал на английски език. В опаковката се съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Предлагани ценови параметри. Петимата членове на комисията и упълномощеният представител на „С и Т България“ ЕООД – Людмила Стоименова подписаха запечатания плик с надпис Предлагани ценови параметри, след което положиха подписи върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника.

2. „С и Т България“ ЕООД с вх. №ОП-113 от 04.10.2019 г. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към нейното отваряне и оповести съдържанието ѝ: опис на представените документи; електронен носител в опаковка с надпис еЕЕДОП „С & Т България“ ЕООД; техническо приложение за изпълнение на поръчката; каталози на предлаганата медицинска апаратура в превод на български езици и в оригинал на английски език; заверено от участника копие декларация на производителя за параметрите на предлаганата медицинска апаратура в превод на български език и на английски език; заверено от участника копие на ЕО Декларация за съответствие в превод на български език и на английски език; заверено от участника копие на превод на ЕС Сертификат и е представен същият на английски език; заверено от участника копие на превод на сертификат ISO 13485:2016 издаден на Philips Medical Systems Nederland B.V. и заверено от участника копие на същият сертификат на английски език и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД" от фирма „С & Т България“ ЕООД". Петимата членове на комисията подписаха запечатания плик с надпис "Предлагани ценови параметри „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД" от фирма „С & Т България“ ЕООД", след което положиха подписи върху всички документи, съдържащи се в техническите предложения на участника.

С това публичната част от заседанието на комисията приключи в 11:00 часа на 07.10.2019 г. и упълномощеният представител на „С и Т България“ ЕООД – Людмила Стоименова напусна заседанието.

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, по реда на постъпване на офертите:

1. „Соломед“ ЕООД с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

След като подробно се запозна с представените от участника документи, Комисията констатира, че предоставеният от участника опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП съответства на представените документи в опаковката.

Комисията пристъпи към проверка на съдържанието на представения електронен носител и установи, че съдържа две папки, със следните наименования: "EEDOP SIEMENS" и "EEDOP SOLOMED", комисията отвори папка "EEDOP SOLOMED" и констатира, че в нея са качени два файла, а именно: „espd-response.xml“ и „espd-

response_signet.pdf". След стартиране на файла във формат .pdf се отвори еЕЕДОП подписан с квалифициран електронен подпис от едно лице.

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП на участника, и констатира, че: задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП е декларирано, че ще използва капацитета на трето лица за да изпълни критериите за подбор поставени от Възложителя като е посочил, че ще използва подизпълнител – Сименс Хелткеър ЕООД. В ЕЕДОП са описани дейностите, които ще изпълнява декларираният от участника подизпълнител, а именно: Изготвяне на инвестиционен проект на помещенията за разполагане на медицинската апаратура по части: технологична, електротехнологична, лъчезащита, ОВК, конструкции; Монтаж (при готовност на помещенията за монтаж), пускане в действие и предварително изпитване на апаратурата по норми на производителя; Пускови изпитвания за контрол на качеството; Изготвяне на документи за издаване на лицензия от АЯР на кабинета с апаратура с ИЙЛ; Обучение на специалисти от персонала на място за работа с доставената апаратура; Гаранционно сервизно обслужване на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система. Управителят на „Соломед“ ЕООД е декларирал, че за дружеството не са налице основанията за отстраняване по ЗОП и посочените от Възложителя в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. В ЕЕДОП, дружеството е декларирало съответствието му с поставените критерии за подбор от Възложителя като що се касае до опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години и разполагането със сервиз/и, оторизиран/и от производителите или официалните вносители на предложената медицинска апаратура на територията на РБългария се е позовал на капацитета на подизпълнителя Сименс Хелткеър ЕООД.

Комисията пристъпи към разглежда съдържанието на втората папка от представения електронен носител е наименование: "EEDOP SIEMENS" и констатира, че в нея е качен файл „espd-response_Сименс Хелткеър ЕООД.pdf". След стартиране на файла във формат .pdf се отвори еЕЕДОП подписан с квалифициран електронен подпис от две лица. Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП на декларирания от участника подизпълнител, и констатира, че задължените лица по чл. 40 от ППЗОП са декларирали, че за тях не са налице основанията за отстраняване по ЗОП и посочените от Възложителя в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. В ЕЕДОП, дружеството е декларирало съответствието му с поставените критерии за подбор от Възложителя.

Комисията констатира съответствие с изискванията към личното състояние на участника и поставените от Възложителя критерии за подбор, поради което го допуска до разглеждане на техническото му предложение.

2. „С и Т България” ЕООД с вх. №ОП-113 от 04.10.2019 г.

След като се запозна с представените от участника документи, комисията констатира, че предоставеният от участника опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ЗОП съответства на представените документи в опаковката.

Комисията пристъпи към проверка на съдържанието на представения електронен носител и установи, че съдържа файл, със следното наименование: „espd-response_UMBAL_Plovdiv-angiography system_191004“ във формат “.pdf”. След неговото отваряне се зареди еЕЕДОП подписан с квалифициран електронен подпис от две лица.

Комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП на участника, и констатира, че: задължените лица по чл. 40 от ППЗОП са декларирали, че за тях не са налице основанията за отстраняване по ЗОП и посочените от Възложителя в документацията за

участие в настоящата обществена поръчка. В ЕЕДОП, дружеството е декларирало съответствието му с поставените критерии за подбор от Възложителя.

Комисията констатира съответствие с изискванията към личното състояние на участника и поставените от Възложителя критерии за подбор, поради което го допуска до разглеждане на техническото му предложение.

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор по реда на постъпване на офертите им:

1. „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

След като подробно се запозна с представеното от участника Техническо предложение, комисията констатира следното: документите са представени съгласно изискванията на Възложителя, в тях са декларирани изискваните обстоятелства. Предложената от участника медицинска апаратура в техническото предложение, отговаря на заложените минимални изисквания в Техническата спецификация на Възложителя. Участникът е приложил каталози на предлаганото медицинско оборудване от производителя, от които са видни параметрите ѝ.

След тези констатации, комисията пристъпи към разглеждане на показателите от техническото предложение, които подлежат на оценка, съгласно обявеното от Възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка. Дружеството е декларирало и представило каталози и документи за:

Наличие на софтуер за подобряване видимостта на разгънат стент в реално време по време на интервенции по показател T1.

Три броя фокуси на рентгеновата тръба и по показател T2.

По показател T3 - брой входни полета на детекторната система участникът е декларирал наличие на 6 броя входни полета.

Медицинската апаратура предложена от „Соломед“ ЕООД е с наличие на предварителна филтрация с 5 нива.

Ток при пулсова флуроскопия на предлаганата Ангиографска система – 250 mA.

Участникът е декларирал и представил необходимите документи за наличие на софтуер за визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията в изследваните органи с количествено измерване на паренхимния кръвен обем (PBV).

По показател T7 брой честоти на пулсова флуроскопия с редуциране на дозата по време на интервенция за предлаганата медицинска апаратура са декларирани и представени каталози за 9 броя честоти.

Участникът е предложил апаратура с наличие на детектор с подвижна решетка и активно охлаждане.

Представени са каталози касаещи показател за оценка T9, а именно наличие на система за намаляване на дозата за оператора и пациента .

Предложената медицинска апаратура има стойност на квантова ефективност DQE – 77%.

2. „С и Т България“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-113 от 04.10.2019 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника. Преди да пристъпи към разглеждане на медицинската апаратура и отговаря ли тя на минималните изисквания на Възложителя, комисията установи, че „С и Т България“ ЕООД е предложило срок за доставка на медицинската апаратура – 90 (деветдесет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта на договора. Предложеният срок за обучение на специалисти,

посочени от Възложителя за работа с медицинската апаратура е 1 (един) календарен ден след доставката ѝ. Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка максималния срок за доставка на медицинската апаратура предмет на възлагане е 60 календарни дни, след получаване на възлагателно писмо. Минималният срок за обучение след доставка на медицинската апаратура е 5 (пет) работни дни. С оглед гореописаното, комисията констатира, че офертата на участника за изпълнение на обществената поръчка не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация.

Комисията единодушно взе решение, че офертата представена от „С и Т България“ ЕООД с вх. №ОП-113 от 04.10.2019 г. не съответства на предварително обявените условия от Възложителя в Техническата спецификация към обществената поръчка и ще предложи на Възложителя да отстрани от участие в настоящата обществена поръчка „С и Т България“ ЕООД.

Спазвайки разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията взе решение да оцени техническото предложение на „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г., преди да пристъпи към отваряне на ценовото му предложение. Оценката се извърши в съответствие и спазвайки условията на Възложителя, а именно: ОТ – оценка на техническото предложение е с максимална обща стойност – 50 точки, получено по следната формула $OT = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10$, където показатели от T1 до T10 са съгласно посочените параметри от Възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка.

След прилагане на горепосочената формула Техническото предложение на „Соломед“ ЕООД се оцени с 50 точки, както следва: по показател T1 участникът получава 5 точки; по показател T2 участникът получава 5 точки; по показател T3 участникът получава 5 точки; по показател T4 участникът получава 5 точки; по показател T5 участникът получава 5 точки; по показател T6 участникът получава 5 точки; по показател T7 участникът получава 5 точки; по показател T8 участникът получава 5 точки; по показател T9 участникът получава 5 точки и по показател T10 участникът получава 5 точки.

Във връзка с обстоятелството, че Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г. за откриване на настоящата обществена поръчка се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията и към момента няма влязло в сила решение, Комисията реши да продължи своите действия по процедурата след като има влязло в сила Решение на КЗК по образуваното производство. С това приключи заседанието на комисията на 07.10.2019 г. в 13:30 часа. Комисията взе решение Председателят на комисията да уведоми членовете за датата на следващото заседание.

На 25.10.2019 г. в 10:00 часа, комисията се събра в редовен състав. Председателят на комисията запозна членовете ѝ с Решение №1054 от 03.10.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което се оставя без уважение жалба подадена от „Софарма трейдинг“ АД срещу Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г. за откриване на настоящата обществена поръчка. Страните по производството са уведомени на 07.10.2019 г. Към дата 25.10.2019 г. няма постъпили жалби срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията с оглед на което същото е влязло в сила. При така настъпилите обстоятелства, комисията взе решение да пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник, което да се извърши на 30.10.2019 г. от 10:30 часа в градата на УМБАЛ – Пловдив АД, гр. Пловдив, бул. България №234, ет.

15, стая 26. Председателят на комисията, следва да изготви и публикува в преписката към настоящата обществена поръчка, съобщение за отваряне и оповестяване на ценовото предложение, съобразно взетото от комисията решение и в срока по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На 30.10.2019 г. в 10:30 часа в сградата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ №234, етажа 15, стая 26 на основание и в изпълнение на Заповед №ОА-230/07.10.2019 г. на Изпълнителният директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД – д-р Аргир Аргиров, се събра Комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД“**, открита с Решение №ОА-175 от 22.07.2019 г. изменено с Решение №ОА-189 от 07.08.2019 г., публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00877-2019-0003.

Комисията се събра в редовен състав.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила настоящето заседание за отваряне на ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовото предложение е съобщено чрез публикация към преписката за настоящата обществена поръчка, с което е спазен срокът по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

На днешното заседание на комисията присъстваха - упълномощен представител на „С и Т България“ ЕООД – Людмила Стоименова и управителя на „Соломед“ ЕООД – Георги Панов. На основание и в изпълнение нормите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатия участник, председателят на комисията прочете на глас резултатите от оценяването на Техническото предложение на „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение, на „Соломед“ ЕООД. Преди отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ комисията констатира неговата цялост и наличието на подписите върху него.

Председателят на комисията отвори запечатания плик с предлаганите ценови параметри на участника и обяви офериранията от „Соломед“ ЕООД обща цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка в размер на 1 250 800 лева без ДДС (с думи: един милион двеста и петдесет хиляди и осемстотин лева), а с включен ДДС 1 500 960 лв. (с думи: един милион петстотин хиляди деветстотин и шестдесет лева).

След извършване на тези действия, комисията закри своето публично заседание и пристъпи към разглеждане на ценовите параметри на допуснатия до този етап на процедурата участник, с оглед отговарят ли на изискванията на Възложителя, изготвени ли са съобразно образца, приложен към одобрената документация.

Ценовото предложение от „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г. е изготвено съгласно приложения в документацията образец. Участникът е декларирал всички изискани от Възложителя обстоятелства. Медицинската апаратура посочена в ценовото предложение, съответства на предложената такава в техническото предложение на участника. Офериранията от участника цена е с аритметична вярност. Предвид описаните обстоятелства, комисията допуска до оценка „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г.

В случая проверка за обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП е неприложима, с оглед оценката само на едно ценово предложение.

След извършване на тези си действия, комисията пристъпи към оценка на Ценовото предложение на участника в настоящата обществена поръчка. По показател ОЦ - оценка на ценовото предложение на участника, с максимален брой 50 точки, същите се определя по следната формула:

$$\text{ОЦ} = \frac{\text{Предложената от участник най-ниска цена за изпълнение предмета на обществената поръчка} \times 50}{\text{Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник}}$$

„Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г. с оферирана обща цена за изпълнението на предмета на обществената поръчка в размер на 1 250 800 лева без ДДС (с думи: един милион двеста и петдесет хиляди и осемстотин лева), а с включен ДДС 1 500 960 лв. (с думи: един милион петстотин хиляди деветстотин и шестдесет лева), получава 50 точки.

На основание и в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя в документацията за обществената поръчка, че за изпълнител ще бъде определен участникът събрал най-много точки при оценка на офертата, включваща следните показатели, със съответните тежести в комплексната оценка, а именно: Критерият „оптимално съотношение качество/цена“ включващ следните показатели, със съответните тежести в комплексната оценка на офертите:

$\text{КО} = \text{ОТ} + \text{ОЦ}$, където ОТ е оценка на техническото предложение на участниците и ОЦ е оценка на ценовото предложение на участниците.

Комплексната оценка се измерва в брой точки, а максималният брой точки е 100. На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

ОТ – оценка на техническото предложение е с максимална обща стойност – 50 точки. $\text{ОТ} = \text{T1} + \text{T2} + \text{T3} + \text{T4} + \text{T5} + \text{T6} + \text{T7} + \text{T8} + \text{T9} + \text{T10}$, където Т1 е наличие на софтуер за подобряване видимостта на разгънат стент в реално време по време на интервенции; Т2 е брой фокус точки на рентгеновата тръба; Т3 е брой входни полета на детекторната система; Т4 е нива на предварителна филтрация; Т5 е ток при пулсова флуороскопия; Т6 е наличие на софтуер за визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията в изследваните органи с количествено измерване на паренхимния кръвен обем (PBV); Т7 е брой честоти на пулсова флуороскопия с редуциране на дозата по време на интервенции; Т8 е наличие на детектор с подвижна решетка и активно охлаждане; Т9 е наличие на система за намаляване на дозата за оператора и пациента и Т10 е квантова ефективност DQE. Броят точки, които участниците декларирали и доказали с необходимите документи наличието на описаните технически показатели и техните стойности в предлаганата от тях медицинска апаратура в техническото си предложение ще получат, както следва: Т1 при наличие на софтуер за подобряване видимостта на разгънат стент в реално време по време на интервенции, участникът се оценява с 5 точки, при липса на такъв софтуер не получава точки; Т2 при повече от два брой фокуси на рентгеновата тръба, участникът се оценява с 5 точки; Т3 предложението с най-голям брой входни полета на детекторната система получава 5 точки, следващото предложение в низходящ ред получава 3 точки, а всички останали предложения с повече брой входни полета на детекторната система от минимално заложените в техническата спецификация получават 1 точка; Т4 предложението с най-много нива на предварителна филтрация получава 5 точки, следващото предложение в низходящ ред получава 3 точки, а всички останали предложения с повече нива от минимално заложените в техническата спецификация получават 1 точка; Т5 предложението с най-голям ток при пулсова флуороскопия получава 5 точки, следващото предложение в низходящ ред получава 3 точки, а всички останали предложения с по-висок ток при пулсова флуороскопия от минимално заложения в техническата спецификация получават 1 точка; Т6 при наличие на софтуер за

визуализиране и анализ на кръвния поток и перфузията в изследваните органи с количествено измерване на паренхимния кръвен обем (PBV) участникът се оценява с 5 точки, при липса на такъв софтуер не получава точки; T7 предложението с най-голям брой честоти на пулсова флуроскопия с редуциране на дозата по време на интервенция получава 5 точки, следващото предложение в низходящ ред получава 3 точки, а всички останали предложения с по-голям брой честоти на пулсова флуроскопия с редуциране на дозата от минимално заложената в техническата спецификация получават 1 точка; T8 при наличие на детектор с подвижна решетка и активно охлаждане предложението получава 5 точки, при оферирание на медицинска апаратура без детектор с подвижна решетка и активно охлаждане не получава точки; T9 при наличие на система за намаляване на дозата за оператора и пациента предложението получава 5 точки, при липса на система за намаляване на дозата за оператора и пациента не получава точки и T10 предложението с най-голяма стойност на квантова ефективност DQE получава 5 точки, следващото предложение в низходящ ред получава 3 точки, а всички останали предложения с по-висока стойност на квантова ефективност DQE от минимално заложената в техническата спецификация получават 1 точка.

Показател ОЦ е оценка на ценовото предложение на участника, с максимален брой 50 точки. Оценката по този показател се определя по следната формула:

$$ОЦ = \frac{\text{Предложената от участник най-ниска цена за изпълнение предмета на обществената поръчка}}{\text{Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник}} \times 50$$

След оценяването на допуснатата оферта по гореописаните критерии за оценка, комисията извърши следното класиране:

1-во място: „Соломед“ ЕООД с оферта с вх. №ОП-110 от 03.10.2019 г., получило комплексна оценка 100 (сто) точки.

С това комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците в настоящата обществена поръчка, като резултатите от цялостната ѝ работа ще бъдат отразени в доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, който на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП заедно с протоколите от работата на комисията и цялата документация събрана в хода на нейното провеждане ще бъде представен на възложителя за утвърждаване.

Протоколът се състави и подписа от председателят и членовете на комисията на 30.10.2019 г. в 11:30 часа, както следва:

Председател:

Петя Гавазова

Членове:

доц. Иван Мануков

адв. Емилия Петрова

Доротея Георгиева

инж. Атанас Атанасов