



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД
07-44
15.08.2014 г.
ПЛОВДИВ

ДО.....
.....
.....
.....

Уважаеми Участници,

На основание чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и във връзка с постъпили искания за разяснения от лица закупили документация за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив“, правя следните разяснения:

Въпрос №1

При пропуск от страна на Възложителя да впише изискването за еквивалент в техническата си спецификация, допустимо ли е да се участва в обявената от Вас процедура с апаратура с характеристики еквивалентни на заложените от Вас, въпреки че е цитирано точно определено търговско наименование със съответните му технически характеристики ?

Отговор на въпрос №1

В Документацията за участие и по конкретно техническата спецификация не е заложена конкретна търговска марка и всеки участник може да оферира апаратура с характеристики еквивалентни на заложените, които покриват минималните изисквания заложи в техническата спецификация, която е нерезделна част от документацията за участие.

Въпрос №2

В техническата си спецификация към универсална широкоспектърна електрохихургична платформа и инструменти за спояване на кръвоносни съдове, лимфни пътища и тъканни снопове в т. 1 се изискват 2 бр. „Универсална електрохихургична платформа, а в т. 2 Аксесоари към електрохихургичната конзола се изискват по 3 бр. аксесоари /моно и би полярни педали , количка и кабели /. Дали по т. 2 трябва да се оферират по 3 бр. аксесоари или по 2 бр. аксесоари?

Отговор на въпрос №2

Участниците трябва да оферират по 2 /два/ броя аксесоари.

Възложител:

Изп. Директор:.....

/доц. д-р Георги Йорданов/

